

VODIČ

ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA TRUDNICA I DOJILJA

Ovaj vodič se donosi sa aspekta zaštite od zračenja sa ciljem da trudnice i dojilje koje izaberu raditi sa izvorima ionizirajućeg zračenja posao obavljaju na siguran način i sukladno važećim propisima (Pravilnik o zaštiti od zračenja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva, član 15, „Službeni glasnik BiH“, broj 102/11).

U ovom vodiču su dane najvažnije zaštitne mjere za trudnice, kojih su se nositelji autorizacije i profesionalno izložene osobe trudnice dužni pridržavati u cilju adekvatne zaštite od zračenja embrija/fetusa.

DIO PRVI – ZAŠTITA OD ZRAČENJA TRUDNICA

1. UVOD

Ako je žena (profesionalno izložena osoba) trudna, moraju se obaviti dodatne aktivnosti sa aspekta zaštite od zračenja kako bi se zaštitio embrij/fetus budući da postoji granica doze za embrij/fetus.

Rana faza trudnoće je najrizičnija i trudnica mora prijaviti trudnoću što je moguće ranije. Rana prijava trudnoće pruža veću mogućnost zaštite embrija/fetusa i smanjuje potencijalne štetne efekte.

Publikacije Međunarodne komisije za zaštitu od zračenja (eng. ICRP) ICRP 60, ICRP 75 i ICRP 103 uvode zahtjeve da nakon što trudnica prijavi trudnoću, radni uvjeti moraju biti takvi da dodatna doza nakon prijave trudnoće na embrij/fetus tijekom ostatka trudnoće ne smije premašiti 1 mSv do kraja trudnoće. To znači da treba osigurati takve radne uvjete da je malo vjerojatno da doza premaši 1 mSv do kraja trudnoće.

U publikaciji 75, ICRP je obrazložio da ova restrikcija doza na fetus ne znači da treba izbjegavati rad sa izvorima zračenja, ali naravno treba pažljivo procijeniti radne uvjete, kako bi se osigurala mala vjerojatnoća pojave incidenata koji mogu dovesti do znatnih doza koje bi premašile navedenu granicu doze.

Ovaj zahtjev je ugrađen i u europsku Direktivu 96/29 Euratom i u Pravilnik o zaštiti od zračenja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva (“Službeni glasnik BiH”, broj 102/11). Potrebno je naglasiti sljedeće:

- Stanje trudnoće ne znači da treba prestati obavljati poslove sa izvorima zračenja.
- Radni uvjeti trudnice nakon prijave trudnoće moraju biti takvi da je malo vjerojatno da će ekvivalentna doza za fetus premašiti 1 mSv. Primjena ove granice se provodi korištenjem konzervativnog pristupa, što sa praktičnog aspekta znači da on odgovara dodatnoj granici doze od 2 mSv na površini abdomena trudnice, do kraja trudnoće.

- Trudnica ne smije raditi na poslovima gdje postoji znatan rizik od kontaminacije radioaktivnim tvarima.

2. RAZMATRANJE UVJETA RADA TRUDNICA

Ukoliko trudnica izabere rad sa izvorima zračenja, tada se mora uspostaviti program procjene i kontrole doze zračenja koje embrij/fetus može primiti. Program se sastoji iz sljedećih elemenata:

- a) Formalne prijave trudnoće, uključujući procijenjeni datum začeća na navedenom obrascu
- b) Procjene radnih uvjeta pod kojima se obavlja rad trudnica i rizika kojima je izložena
- c) Ograničenja radnih uvjeta trudnice ako je to potrebno

2.1. Prijava trudnoće

Prijava trudnoće je odgovornost trudnice. Trudnica prijavu podnosi nositelju autorizacije na navedenom obrascu preko službe za zaštitu od zračenja/osobe odgovorne za zaštitu od zračenja. Prijavu potpisuju trudnica, rukovoditelj službe za zaštitu od zračenja/osoba odgovorna za zaštitu od zračenja i specijalist medicine rada. Nakon prijave trudnoće na navedenom obrascu, odgovornost nositelja autorizacije je osiguranje takvih radnih uvjeta trudnice da ekvivalentna doza na površini abdomena trudnice bude manja od 2 mSv za ostatak trudnoće. Osim toga, nositelj autorizacije mora osigurati potpunu informiranost trudnica o riziku (u mjeri u kojoj su izložene) na njihovom radnom mjestu, granicama doza koje će se primijeniti i pružanje pomoći i savjeta u svako doba.

Prava i privatnost žena treba poštivati prije, tijekom i nakon prijave trudnoće.

OBRAZAC ZA PRIJAVU TRUDNOĆE

Sukladno važećim propisima za zaštitu od zračenja profesionalno izloženih osoba, prijavljujem da sam trudna.

Broj prijave: /

Nositelj autorizacije (poslodavac):

Ime i prezime trudnice (štampanim slovima):

Radno mjesto:

Procijenjeni datum začeća: mjesec godina:

Datum prijave trudnoće: dan mjesec godina:

Potpis trudnice

Potpis rukovoditelja službe za zaštitu od zračenja
ili osobe odgovorne za zaštitu od zračenja:

Potpis i faksimil specijaliste medicine rada:

2.2. Procjena radnih uvjeta

Nakon prijave o trudnoći, uzimajući u obzir uvjete rada i vodeći računa o rezultatima individualnog monitoringa za protekle mjesecce (ili za druge profesionalno izložene osobe raspoređene na slične poslove), potrebno je izvršiti procjenu doze na embrij/fetus tijekom cijele trudnoće, koristeći sljedeću klasifikaciju:

- A. Postoji velika vjerojatnoća da će doza na površini abdomena trudnice biti manja od 2 mSv od prijave pa do kraja trudnoće.
- B. Postoji vjerojatnoća da će doza na površini abdomena trudnice biti manja od 2 mSv od prijave pa do kraja trudnoće.
- C. Postoji vjerojatnoća da će doza na površini abdomena trudnice biti veća od 2 mSv od prijave pa do kraja trudnoće.

U slučaju A, vjerojatno neće biti potrebno izvršiti nikakvu promjenu uvjeta rada.

U slučaju B, trudnica može nastaviti raditi na istom radnom mjestu, ali se moraju poduzeti mjere za smanjenje vjerojatnoće mogućih ekspozicija.

U slučaju C, trudnicu treba premjestiti do kraja trudnoće na drugo radno mjesto gdje se osiguravaju uvjeti navedeni u A ili B.

2.3. Ograničenje uvjeta rada (primjeri dobre prakse)

2.3.1. Radiodijagnostika

Opća pravila

Trudnica profesionalno izložena zračenju može nastaviti raditi u radiodijagnostici uvijek kada se nalazi iza zaštitnih barijera, budući da postoji veoma mala vjerojatnoća da će u tim slučajevima doza na površini abdomena premašiti 2 mSv.

Nasuprot tome, trudnica profesionalno izložena zračenju **ne bi trebala** raditi u situacijama gdje ne postoje zaštitne barijere.

Trudnica **ne smije** sudjelovati u pripremi i odgovoru na izvanredne situacije.

Konvencionalna oprema

U ovim slučajevima je vjerojatnoća da će doza na površini abdomena do kraja trudnoće premašiti 2 mSv veoma mala, pa trudnica može nastaviti obavljati svoj posao bez promjene radnih uvjeta.

Mjere zaštite od zračenja za trudnice profesionalno izložene zračenju su:

- Trudnica može nastaviti raditi iza zaštitnih barijera u trenutku eksponiranja.
- Trudnica **ne smije** biti u prostoriji za vrijeme ekspozicije, osim ukoliko je to neophodno, a u tom slučaju mora nositi zaštitnu pregaču.
- Trudnica mora nositi dodatni osobni dozimetar na abdomenu.

Stomatološka oprema

U ovim slučajevima je vjerojatnoća da će doza na površini abdomena do kraja trudnoće premašiti 2 mSv veoma mala, pa trudnica može nastaviti obavljati svoj posao bez promjene radnih uvjeta.

Mjere zaštite od zračenja za trudnice profesionalno izložene zračenju su:

- Trudnica može nastaviti raditi iza zaštitnih barijera u trenutku eksponiranja.
- Trudnica **ne smije** biti u prostoriji za vrijeme ekspozicije, osim ukoliko je to neophodno, a u tom slučaju mora nositi zaštitnu pregaču.
- Ekspozicija se mora vršiti sa najveće moguće udaljenosti.
- Trudnica mora nositi dodatni osobni dozimetar na abdomenu.

Oprema za koštanu denzitometriju

U ovom slučaju je vjerojatnoća da će doza na površini abdomena do kraja trudnoće premašiti 2 mSv veoma mala, pa trudnica može nastaviti obavljati svoj posao bez promjene radnih uvjeta.

Oprema za fluoroskopiju (telekomande)

U ovim slučajevima, budući da se prostorija u kojoj se vrši pregled klasificira kao kontrolirana zona, trudnica profesionalno izložena zračenju **ne bi trebala** raditi pretrage za koje je neophodno boraviti blizu stola s pacijentom.

Oprema za fluoroskopiju smještena u kirurškim salama

Budući da se ova oprema koristi bez zaštitnih barijera, a profesionalno izložene osobe borave blizu kirurškog stola, trudnica **ne bi trebala** raditi u kirurškoj sali.

Mobilni radiografski uređaji

Iako su doze za radiografske tehnike kod mobilnih aparata male, trudnica **ne bi trebala** provoditi pretrage koristeći ove uređaje zbog nedostatka strukturalne zaštite.

Interventna radiologija i interventna kardiologija

U prostorijama gdje se vrše navedene pretrage registriraju se najviše doze koje potječu od rendgenskog zračenja. Zbog toga trudnica **ne smije** raditi sa ovom vrstom opreme unutar prostorije s izvorom zračenja, ali može raditi u kontrolnoj prostoriji (kabini), gdje postoji strukturalna zaštita.

2.3.2. Nuklearna medicina

U odjelima za nuklearnu medicinu, osim rizika od vanjske ekspozicije, postoji i rizik od interne kontaminacije. Trudnica **ne smije** obavljati radne aktivnosti u slučaju da je rizik od radioaktivne kontaminacije znatan.

Ako bi taj rizik bio minimalan, moraju se podesiti uvjeti rada tako da vjerojatnoća unošenja radionuklida u organizam trudnice praktično bude jednaka nuli. To podrazumijeva ispravnu ventilaciju, respiratornu zaštitu u slučaju da je to potrebno, te nošenje zaštitnih rukavica.

U ovim odjelima trudnica **ne smije** raditi u vrućem laboratoriju (rukovanje radiofarmacima) i **ne smije** sudjelovati u skrbi terapijskih pacijenata.

Osim toga, trudnica **ne bi trebala** sudjelovati kod pripreme i aplikacije radiofarmaka.

Osim toga, trudnica **ne smije** ni piti ni jesti u prostoriji gdje postoji rizik od interne kontaminacije.

Trudnica **ne smije** sudjelovati u planiranju i odgovoru na izvanredne situacije u nuklearnoj medicini.

PET (Tomografija emisijom pozitrona)

Kod ovakve opreme trudnica **ne smije** rukovati radiofarmacima, vršiti njihovu pripremu i aplikaciju pacijentima, kao ni sudjelovati u skrbi pacijenata koji su primili radiofarmake.

2.3.3. Laboratorija za radioimunoanalizu

U ovim odjelima, ukoliko se ne obavlja direktna markacija radionuklidima, tj. ako se koriste već pripremljeni „kitovi“ radiofarmaka, vjerojatnoća da će doza na površini abdomena do kraja trudnoće premašiti 2 mSv je veoma mala, pa trudnica može nastaviti obavljati svoj posao bez promjene radnih uvjeta, uz sljedeće mjere predostrožnosti:

- Korištenje zaštitnih rukavica
- Korištenje zaštitne odjeće
- Monitoring ruku i odjeće prije izlaska iz laboratorija
- Nije dozvoljeno korištenje kozmetike, hrane i pića, kao ni pušenje u laboratoriju
- Ukoliko se radi sa izvorima P-32 i S-35, mora se koristiti zaštita od pleksiglasa debljine 1 cm

Trudnica **ne smije** sudjelovati u planiranju i odgovoru na izvanredne situacije u ovom laboratoriju.

2.3.4. Koštana denzitometrija radionuklidima

To su uređaji za koštanu denzitometriju koji koriste zatvoreni radioaktivni izvor.

U ovom slučaju je vjerojatnoća da će doza na površini abdomena do kraja trudnoće premašiti 2 mSv veoma mala, pa trudnica može nastaviti obavljati svoj posao bez promjene radnih uvjeta.

Trudnica može nastaviti raditi sa ovom vrstom opreme.

2.3.5. Radioterapija

Radioterapija se dijeli na vanjsku (linearni akceleratori, telekobalt aparat) i brahiterapiju (koja može biti manualna ili sa daljinskom komandom).

Trudnica **ne smije** sudjelovati u planiranju i odgovoru na izvanredne situacije kod korištenja radioterapijske opreme.

Linearni akcelerator

Uzimajući u obzir uvjete rada za ovaj uređaj, vjerovatnoća da će doza na površini abdomena do kraja trudnoće premašiti 2 mSv je veoma mala, i trudnica može nastaviti obavljati posao sa ovom vrstom opreme.

Telekobalt terapija

Trudnica **ne smije** raditi na poslovima koji uključuju korištenje telekobalt uređaja zbog mogućnosti (iako je ona veoma mala) da se radioaktivni izvor ne vrati u oklop. Tada bi se moglo desiti da trudnica bude u prostoriji sa uređajem i da primi dozu veću od granica doza.

Manualna brahiterapija

Trudnica profesionalno izložena zračenju **ne smije** sudjelovati u rukovanju izvorima koji se koriste za manualnu brahiterapiju. Također, **ne smije** sudjelovati u skrbi pacijenata.

Brahiterapija sa daljinskom kontrolom

Uzimajući u obzir uvjete rada za ovaj uređaj, vjerovatnoća da će doza na površini abdomena do kraja trudnoće premašiti 2 mSv je veoma mala, pa trudnica može nastaviti obavljati posao sa ovom vrstom opreme.

2.3.6. Specijalni slučajevi kod primjene izvora zračenja u medicini

U cilju sprječavanja diskriminacije trudnica, posebno se razmatraju sljedeći slučajevi u kojima trudnica ne bi trebala raditi, a to su:

- Mobilni radiografski uređaji
- Oprema za fluoroskopiju (telekomande)
- Oprema za fluoroskopiju (kirurške sale)
- Priprema i aplikacija radiofarmaka u nuklearnoj medicini

Rad u navedenim slučajevima trudnica može nastaviti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. Trudnica želi raditi (mora postojati izjava trudnice u pisanoj formi).
2. Služba ili tehnički servis za zaštitu od zračenja garantira da se propisi vezani za zaštitu profesionalno izloženih trudnica mogu ispoštovati (mora postojati izvješće u pisanoj formi).

2.3.7. Industrijska radiografija

Trudnica **ne smije** raditi sa izvorima zračenja kod terenskog rada (rendgen aparat i radioaktivni izvor).

Trudnica može nastaviti raditi sa rendgen aparatom ukoliko postoji strukturalna zaštita (kabina).

2.3.8. Ostale djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja

Nositelj autorizacije za ostale djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja (Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja, "Službeni glasnik BiH", broj 66/10) treba zatražiti procjenu radnih uvjeta od autoriziranih tehničkih servisa.

3. SREDSTVA KONTROLE I DOZIMETRIJSKI NADZOR

Trudnica mora biti podvrgнута dozimetrijskom nadzoru radi osiguranja male vjerojatnoće da ekvivalentna doza na površini abdomena ne bude veća od 2 mSv u razdoblju od prijave trudnoće do kraja trudnoće.

3.1. Dozimetrijski nadzor kod vanjske ekspozicije

Iz očiglednih razloga, nije moguće izravno određivanje doze na fetus. S obzirom na ovu situaciju, smatra se da procjenu doze na fetus treba temeljiti na utvrđivanju osobnog doznog ekvivalenta Hp(10) na površini abdomena trudnica. U tu svrhu se dozu koju prima trudnica na površini abdomena određuje na temelju dozimetra koji se nosi u visini abdomena.

Stoga, ako se trudnica nalazi pod nadzorom korištenjem individualnog monitoringa doza, tada joj se tijekom trudnoće mora dodijeliti drugi dodatni dozimetar za fetus, koji se nosi u visini abdomena.

Uzimajući u obzir preporuke ICRP 60, ICRP 75 i ICRP 84, te činjenicu da su polja zračenja kojima su izložene trudnice za razmatrane slučajevе kada mogu nastaviti rad sa izvorima zračenja homogena, koristeći konzervativan pristup i za praktične svrhe, uzima se da je granica od 1 mSv za dozu na fetus usporediva sa granicom od 2 mSv, na dozimetru koji se nosi u visini abdomena trudnice.

Ako trudnica mora koristiti olovnu zaštitnu pregaču u tijeku svoga rada, dozimetar za fetus treba uvijek nositi ispod olovne zaštitne pregače.

Dakle, doza na fetus se određuje pomoću dozimetra koji se nosi u visini abdomena i nosi se od razdoblja prijave trudnoće pa do kraja trudnoće.

Dozimetar koji se nosi na abdomenu treba imati iste karakteristike kao i oni koji se koriste za određivanje doze za cijelo tijelo. Dozimetar se mora očitavati jednom mjesečno od strane tehničkog servisa za individualni monitoring, autoriziranog od strane Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Dozimetar koji se nosi na abdomenu mora imati odgovarajuća sredstva identifikacije (oznake) kako bi se mogao razlikovati od ostalih dozimetara koji se koriste da bi se

odredila doza za cijelo tijelo. Time će se olakšati očitanje i registracija doza, a evidencija o tim dozama se vodi odvojeno.

Važno je imati na umu da, kao što pokazuje ICRP 84, doza za fetus nije izravno usporediva s dozom koju pokazuje dozimetar na abdomenu trudnice.

Na primjer, u slučaju profesionalno izložene osobe u radiodijagnostici, zavisno od radnog mjesto, doza registrirana na dozimetru na abdomenu može precijeniti dozu na fetus za faktor 10. To znači da doza za fetus u maternici iznosi 10% od doze izračunate od očitanja dozimeta koji se nosi u visini abdomena.

Ukoliko se radi o nuklearnoj medicini ili radioterapiji, ta doza za fetus je oko 25% od doze na dozimetru koji se nosi u visini abdomena, dakle doza registrirana na dozimetru koji se nosi u visini abdomena može precijeniti dozu na fetus za faktor 4.

Tijekom razdoblja trudnoće, služba za zaštitu od zračenja/osoba odgovorna za zaštitu od zračenja treba obavljati stalni nadzor i kontrolu doze registriranu na dozimetru koji se nosi na abdomenu trudnice sa ciljem da doza u tom razdoblju ne premaši vrijednost od 2 mSv. Ako je vrijednost premašila 2 mSv, to se smatra kao prekoračenje granice doza i treba poduzeti sve tehničke i administrativne mjere koje su primjerene toj situaciji.

3.2. Dozimetrijski nadzor interne ekspozicije

Određivanje doze primljene od strane fetusa kao posljedica mogućih radnih aktivnosti trudnice predstavlja ozbiljne poteškoće i predmet je velikih neizvjesnosti, budući da takvo određenje zahtijeva modeliranje procesa kao što su:

- Prijenos radionuklida iz krvotoka trudnica u fetus
- Prijenos radionuklida pohranjenih u tkiva i organe majke u posteljicu
- Raspodjela i zadržavanje radionuklida u tkivu fetusa
- Ozračivanje fetusa od radionuklida deponiranih u posteljici, tkivima i organima trudnice

Ovo modeliranje je iznimno složeno i mora biti obavljeno za svaku fazu razvoja embrija ili fetusa. S druge strane, nedavna istraživanja u ovom području pokazuju da unos pojedinih izotopa vodika, ugljika, sumpora, joda, kalcija i stroncija može dovesti do doze na plod koja bi mogla biti viša nego doza za radnike.

U tom kontekstu, trudnica ne smije obavljati svoj rad u laboratorijima ili objektima gdje postoji znatan rizik od radioaktivne kontaminacije. Čak i ako bi rizik bio minimalan, posebnu pozornost treba posvetiti radnim uvjetima (ventilacija, zaštitu dišnih organa), kako bi se osiguralo da vjerojatnoća interne ekspozicije trudnice bude praktički jednaka nuli.

4. OBAVEZE NOSITELJA AUTORIZACIJE, SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA/OSOBE ODGOVORNE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I TRUDNICE

4.1. Što nositelj autorizacije treba uraditi?

Nositelj autorizacije treba osigurati:

1. Da se žene koje rade sa izvorima zračenja osjećaju slobodne prijaviti svoju trudnoću.
2. Da trudnice mogu odabrati da li će nastaviti rad sa izvorima zračenja tijekom trudnoće. Omogućiti im da dobiju alternativne radne dužnosti dok su trudne.
3. Da suradnici trudnica i radne kolege razumiju određene specifičnosti zaštite od zračenja trudnica.
4. Procjenu radijacijske sigurnosti za svako radno mjesto, u kojoj će se posebna pozornost posvetiti trudnicama. Procjena treba sadržavati doze koje bi trudnica mogla primiti i potrebne mjere da se embrij/fetus zaštitи tijekom trudnoće.
5. Da sve profesionalno izložene osobe koje rade sa izvorima zračenja razumiju zahtjeve radnih procedura.
6. Da radni uvjeti trudnice nakon prijave trudnoće budu takvi da ekvivalentna doza na površini abdomena trudnice bude manja od 2 mSv za ostatak trudnoće.
7. Da su trudnice u potpunosti informirane o rizicima (u mjeri u kojoj su izložene) na njihovim radnim mjestima, granicama doza koje će se primjeniti i da u svaku dobu imaju na raspolaganju savjet i pomoć.
8. Dva osobna dozimetra trudnici.
9. Da se radni uvjeti trudnica koje su izabrale nastaviti rad sa izvorima zračenja tijekom trudnoće bez odlaganja razmotre sa aspekta zaštite od zračenja od strane službe za zaštitu od zračenja/osobe odgovorne za zaštitu od zračenja i specijaliste medicine rada, kao i da se poduzmu dodatne mjere za zaštitu embrija/fetusa.
10. Redovne sastanke trudnice sa službom za zaštitu od zračenja/osobom odgovornom za zaštitu od zračenja u cilju kontrole prethodnih ekspozicija i razgovora o bilo kom problemu sa aspekta zaštite od zračenja. Nositelj autorizacije treba osigurati vođenje evidencije o tim sastancima. Tijekom sastanka, trudnica potpisuje da je upoznata sa ovim vodičem.
11. Prostoriju za odmor trudnica.
12. Da se podatci o trudnoći smatraju povjerljivim ako trudnica to zahtijeva.

4.2. Koje su obveze službe za zaštitu od zračenja/osobe odgovorne za zaštitu od zračenja?

Služba za zaštitu od zračenja/osoba odgovorna za zaštitu od zračenja treba:

1. Potpisati prijavu o trudnoći i dostaviti je nositelju autorizacije.
2. Sačiniti procjenu da li vanjska ili unutarnja ekspozicija embrija/fetusa ionizirajućem zračenju može premašiti relevantnu granicu doze od 1 mSv.
3. Prilagoditi radne obaveze trudnice u cilju održanja ekspozicije ispod navedene granice doze.

4. Vršiti stalni nadzor nad radom trudnice u cilju da unutarnja ili vanjska ekspozicija ne premaši dozvoljenu granicu doze tijekom trudnoće i o tome voditi evidenciju.
5. Dodijeliti trudnici dodatni dozimetar, koji će se nositi u visini abdomena.
6. Voditi evidenciju o dozama za trudnicu i embrij/fetus, s tim da se podatci o dozama za embrij/fetus vode odvojeno.
7. Vršiti redovnu procjenu rezultata mjerjenja dozimetara i o rezultatima obavještavati trudnicu.
8. Pružiti svu potrebnu podršku trudnici da izvrši svoje radne obaveze u cilju da doze budu što je moguće niže.
9. Voditi evidenciju o sastancima sa trudnicom.
10. U slučaju potrebe, preko nositelja autorizacije zatražiti stručnu podršku autoriziranih tehničkih servisa.

4.3. Što trudnica treba uraditi da bi doze za embrij/fetus bile što je moguće niže?

1. Trudnica treba po saznanju da je trudna odmah dostaviti službi za zaštitu od zračenja/osobi odgovornoj za zaštitu od zračenja prijavu o trudnoći potpisano od specijaliste medicine rada.
2. Trudnica treba pravilno nositi oba dozimetra (osobni i dodatni za fetus) i voditi računa o tome da se ne zamijene mjesta nošenja dozimetara tijekom mjesečne izmjene, kao i tijekom njihovog nošenja.
3. Trudnica mora posebnu pozornost posvetiti minimiziranju mogućnosti inhalacije i ingestije radioaktivnog materijala.
4. Trudnica treba odmah obavijestiti službu za zaštitu od zračenja/osobu odgovornu za zaštitu od zračenja o bilo kojoj sumnjivoj neplaniranoj ekspoziciji.
5. Trudnica treba obavijestiti službu za zaštitu od zračenja/osobu odgovornu za zaštitu od zračenja i specijalistu medicine rada o bilo kojem problemu koji može imati tijekom rada sa izvorima zračenja.

DIO DRUGI – ZAŠTITA OD ZRAČENJA DOJILJA

Posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti djeteta i ona je povezana sa unutarnjom ekspozicijom majke-dojilje zračenju. Ovo je zbog toga što neki radionuklidi mogu doći u tijelo majke i mogu se izlučiti u mlijeku dojilje.

Kao što je navedeno u ovom vodiču u svezi sa zaštitom trudnica od ionizirajućeg zračenja, ista pravila i upute vrijede i za profesionalno izložene osobe dojilje kod rada sa otvorenim izvorima zračenja, osim određenih specifičnosti koje su karakteristične samo za trudnice i nisu primjenjive na dojilje, kao što je na primjer nošenje dva dozimetra.